



Istituto di Istruzione Superiore

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI”

Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. e Fax 071 4190711 - 0714190712

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L - Sito: www.istvas.gov.it

email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it - scuola@istvas.it

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: [istvas.gov.it](http://www.istvas.gov.it)



INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing – Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda



Oggetto: CAPITOLATO DI GARA DELLA RDO MEPA n. 2196344 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON (FESR) PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI PON FESR 10.8.1.B2-MA-2018-24 “A3=Agricoltura, Ambiente, Alimentazione” (CUP: E32H18000040006 - CIG Z042675621)

1. PREMESSA

Il presente capitolato descrive i prodotti e i servizi alla base della procedura di gara da svolgersi secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso mediante richiesta di offerta (R.d.O.) per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MePA)”, con sito web www.acquistinretepa.it. L’affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre n. 157/2018.

La fornitura si compone dei seguenti elementi:

- N.14 Microscopi biologici binoculare con predisposizione tablet

IL Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è la Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Antonietta Vacirca.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI DELLA FORNITURA

E’ ricompreso nell’oggetto dell’appalto il materiale di seguito riportato, così come inserito nel portale MEPA:

Dettaglio scheda tecnica	
Numero lotto	Lotto 1
Denominazione lotto	Microscopi postazione allievo
Descrizione	Microscopio biologico binoculare con predisposizione tablet
Quantità	14

Nr	Caratteristica tecnica	Regola di ammissione	Valori
1	Nome commerciale del microscopio ottico da laboratorio*	Nessuna regola	
2	Unità di misura*	Valore unico ammesso	Pezzo
3	Tipo contratto*	Valore unico ammesso	Acquisto
4	Marca*	Nessuna regola	
5	Tipo illuminatore*	Valore unico ammesso	LED
6	Regolazione luminosità*	Valore minimo ammesso	SI
7	Range ingrandimenti*	Valore unico ammesso	4-10-40-100
8	Fermaoggetto*	Valore minimo ammesso	SI
9	Connessione foto/video*	Valore minimo ammesso	Digitale
10	Connessione dati*	Valore minimo ammesso	Via cavo
11	Revolver*	Valore minimo ammesso	Quadruplo
12	Tavolino con comando traslatore*	Valore unico ammesso	posizionabile a destra e a sinistra a scelta dell'operatore
13	Caratteristica tecnica*	Valore unico ammesso	osservazioni in campo chiaro
14	Coppia di oculari*	Valore unico ammesso	a 10x regolabili per diottrie
15	Condensatore ABBE A.N. 0.9/0.25*	Valore unico ammesso	dotato di diaframma a iride regolabile
16	Corredo ottico*	Valore unico ammesso	Planare corretto all'infinito per osservazioni in campo chiaro, Plan 100x OIL
17	Corredo ottico*	Valore unico ammesso	Planare corretto all'infinito per osservazioni in campo chiaro, Plan 10x a secco
18	Corredo ottico*	Valore unico ammesso	Planare corretto all'infinito per osservazioni in campo chiaro, Plan 40x a secco
19	Corredo ottico*	Valore unico ammesso	Planare corretto all'infinito per osservazioni in campo chiaro, Plan 4x a secco
20	Caratteristica tecnica*	Valore unico ammesso	Cavo alimentazione retrattile automaticamente
21	Testata binoculare*	Valore unico ammesso	inclinata a 30° e ruotabile a 360° con regolazione
22	Caratteristica tecnica*	Valore unico ammesso	microscopio con predisposizione tablet
23	Caratteristica tecnica*	Valore suggerito	tasto ON/OFF illuminato



Istituto di Istruzione Superiore "VANVITELLI STRACCA ANGELINI"



Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. e Fax 071 4190711 - 0714190712

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L - Sito: www.istvas.gov.it

email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it - scuola@istvas.it

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: [istvas.gov.it](http://www.istvas.gov.it) - [istvas.gov.it](http://www.istvas.gov.it)

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing – Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda



Nr	Caratteristica tecnica	Regola di ammissione	Valori
24	Sistema di messa a fuoco*	Valore unico ammesso	macrometrica, micrometrica, semimicrometrica, regolazione in altezza, blocco della messa a fuoco, regolazione della sensibilità delle manopole e sistema condensatore-diaframma indipendenti

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.legs. 50/2016 , è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)*